



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 1198/2026-73/OZP



MZDRX020D6DY

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 30. dubna 2026

Přístroj: **ANGIOGRAFICKÝ A KARDIOANGIOGRAFICKÝ PŘÍSTROJ – obnova**

Území (město/kraj): Zlín (Zlínský kraj)

Žadatel: **Krajská nemocnice T. Bati, a.s.**

Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování o váze: 20 hlasů pro, 1 hlas proti, 1 se zdržel)

.....  
**prof. MUDr. Josef Vymazal, Dr.Sc.**  
předseda Komise

*Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.*





Odůvodnění:

Předmětem je obnova angiografického přístroje, v.č.: 267, inv.č.. DHM099022, na kardiologickém oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s. (KNTB), které je v současné době vybaveno dvěma angiolinkami. Jedna linka je obnovena v loňském roce a druhou linku KNTB plánuje vyměnit na přelomu roku 2026 a 2027, po zprovoznění třetí angiolinky (již schválena jako nová kapacita). Po výměně bude kardiologické oddělení KNTB plně vybaveno pro další bezproblémový chod kardiologického centra.

V současné době má KNTB k dispozici dva přístroje a pro třetí přístroj je aktuálně realizována přístavba. Obnova přístroje zajistí potřebnou kapacitu kardiologických sálů tak, aby byly splněny podmínky statutu Centra vysoce specializované péče.

Jedná se o obnovu stávajícího přístroje přístrojem stejného typu uvedeného v Katalogu přístrojů pod bodem C – Angiografický a kardioangiografický přístroj.

