



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 1198/2026-77/OZP



MZDRX020D6LU

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 30. dubna 2026

Přístroj: **ANGIOGRAFICKÝ PŘÍSTROJ – obnova**

Území (město/kraj): Třinec (Moravskoslezský kraj)

Žadatel: **Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s., pracoviště Třinec**

Adresa: Konská 453, 739 61 Třinec 1

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování o váze: 20 hlasů pro, 0 hlasů proti, 2 se zdrželi)

.....
prof. MUDr. Josef Vymazal, Dr.Sc.
předseda Komise

Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.





Odůvodnění:

Předmětem je obnova stávajícího angiografického přístroje Philips Allura FD 20, v. č. 001633, z roku 2013, na hybridním operačním sále v Třinci. Obměna přístroje je žádána vzhledem k jeho končící technické podpoře a celkové amortizaci jako takové. Stávající přístroj je provozován v režimu 7/24/365 a roste náročnost servisních prací.

Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s. v rámci svého pracoviště v Třinci poskytuje vysoce kvalitní specializovanou péči v léčbě kardiovaskulárních onemocnění jako Komplexní kardiovaskulární centrum.

