



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 1198/2026-80/OZP



MZDRX020D6R0

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 30. dubna 2026

Přístroj: **CT – obnova**

Území (město/kraj): Mladá Boleslav (Středočeský kraj)

Žadatel: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.**

Adresa: tř. Václava Klementa 147/23, 293 01 Mladá Boleslav

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování o váze: 21 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

.....
prof. MUDr. Josef Vymazal, Dr.Sc.
předseda Komise

Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.





Odůvodnění:

Předmětem je obnova systému výpočetní tomografie CT SOMATOM Sensation40, v. č.: 57244, z roku 2007, pro potřeby radiologického oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.

Radiologické oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. disponuje dvěma CT přístroji, přičemž jeden ze stávajících přístrojů je již technicky a morálně zastaralý a vykazuje vysokou poruchovost. Současně k němu nejsou dostupné náhradní díly a jeho další dlouhodobý provoz představuje zásadní riziko pro zajištění kontinuity péče.

Nutná je obnova též z hlediska udržení akreditace pracoviště pro specializační vzdělávání v oboru radiologie. Nové CT zařízení zajistí plnou provozní kapacitu oddělení, vyšší kvalitu diagnostiky, nižší radiační dávky, rychlejší vyšetření, stabilitu provozu a vyšší provozní spolehlivost.