



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 1198/2026-82/OZP



MZDRX020D6TQ

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 30. dubna 2026

Přístroj: **MAGNETICKÁ REZONANCE 1,5T – obnova**

Území (město/kraj): Praha (Hlavní město Praha)

Žadatel: **Fakultní nemocnice Motol a Homolka, pracoviště Homolka**

Adresa: V Úvalu 84/1, 150 00 Praha 5 - Motol

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování o váze: 20 hlasů pro, 0 hlasů proti, 2 se zdrželi)

.....
prof. MUDr. Josef Vymazal, Dr.Sc.
předseda Komise

Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.





Odůvodnění:

Předmětem je obnova či upgrade intraoperační magnetické rezonance GE Signa Echospeed Plus 1,5T, v. č.: R6024, z roku 2007, která je umístěná v prostorách neurochirurgických operačních sálů Fakultní nemocnice Motol a Homolka, pracoviště Homolka.

Obnovovaný přístroj je značně opotřebovaný a morálně zastaralý. Vzhledem ke stáří tohoto přístroje byla ze strany výrobce ukončena servisní podpora a v případě poruchy nemusí být k dispozici potřebné náhradní díly.

