



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 1198/2026-83/OZP



MZDRX020D6UL

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 30. dubna 2026

Přístroj: **CT – vyšší třídy – obnova**

Území (město/kraj): Klatovy (Plzeňský kraj)

Žadatel: **Klatovská nemocnice, a.s.**

Adresa: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování o váze: 21 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

.....
prof. MUDr. Josef Vymazal, Dr.Sc.
předseda Komise

Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.





Odůvodnění:

Předmětem je obnova CT přístroje Siemens Somatom Definition AS, v. č.: 65670, z roku 2011, který je od října 2012 v nepřetržitém provozu a již nemůže vyhovět rostoucím nárokům na diagnostické i terapeutické služby.

Radiodiagnostické oddělení Klatovské nemocnice, a.s. provádí diagnostická vyšetření a terapeutické výkony pro spádovou oblast části Plzeňského kraje. Přístroj bude k dispozici pro urgentní vyšetření v rámci standardních nočních služeb radiodiagnostického oddělení.

