



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 1198/2026-84/OZP



MZDRX020D6VG

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 30. dubna 2026

Přístroj: **SKIAGRAFICKÝ RTG KOMPLET – obnova**

Území (město/kraj): Teplice (Ústecký kraj)

Žadatel: **Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Teplice, o.z.**

Adresa: Duchcovská 53, 415 01 Teplice

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování o váze: 21 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

.....
prof. MUDr. Josef Vymazal, Dr.Sc.
předseda Komise

Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.





Odůvodnění:

Předmětem je obnova skiagrafického RTG kompletu Sedecal MILLENIUM, v. č. PP41423C, na radiodiagnostickém oddělení Krajské zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z., z důvodu technické a morální zastaralosti. Obnovovaný přístroj je v provozu od roku 2015 a v předchozím roce se na něm opakovaně objevily závady, které způsobily jeho odstavení z provozu.

