



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 1198/2026-86/OZP



MZDRX020D70K

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 30. dubna 2026

Přístroj: **CT – obnova**

Území (město/kraj): Roudnice nad Labem (Ústecký kraj)

Žadatel: **Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.**

Adresa: Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování o váze: 20 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel a 1 hlas pro odložení)

.....
prof. MUDr. Josef Vymazal, Dr.Sc.
předseda Komise

Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.





Odůvodnění:

Předmětem je obnova CT GE OPTIMA 660, v. č.: 444703HM3, pro radiodiagnostické oddělení Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.

Obnovované CT je 9,5 roku staré, obsoletní, bez možnosti dalšího upgrade a vylepšení. Za půl roku rovněž končí servisní smlouva (ukončení servisní podpory v 09/2026).

Pro zajištění adekvátní úrovně diagnostické péče je nutné pořízení nového CT zahrnujícího CT skener, pracovní stanici, diagnostickou stanici a základní softwarovou výbavu pro standardní vyšetřovací metody.

