



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 1198/2026-87/OZP



MZDRX020D71F

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 30. dubna 2026

Přístroj: **ENDOSKOPICKÁ VĚŽ – ERCP – obnova**

Území (město/kraj): Hradec Králové (Královehradecký kraj)

Žadatel: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**

Adresa: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování o váze: 21 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

.....
prof. MUDr. Josef Vymazal, Dr.Sc.
předseda Komise

Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.





Odůvodnění:

Předmětem je obnova endoskopické věže – ERCP, v. č. 7349880 a v. č. 7380561, pro endoskopické pracoviště II. interní gastroenterologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové.

II. Interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové je jedním z Center vysoce specializované péče pro digestivní endoskopii. Jako centrum slouží širokému regionu většiny Královéhradeckého kraje, v některých případech i mimo tento region.

ERCP (endoskopická retrográdní cholangio-pankreatografie) představuje jednu ze základních metod digestivní endoskopie. Pracoviště aktuálně disponuje pouze přístroji staršími 10 let, které jsou morálně i fyzicky zastaralé. Pro zachování stávající úrovně péče je nutná jejich obnova při reflektování aktuálního technologického vývoje.

