



Praha 25. března 2024

Č. j.: MZDR 7674/2024-21/OZP

MZDRX01RM9Q3

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 6. března 2024

Přístroj: **ANGIOGRAFICKÝ PŘÍSTROJ (II) – obnova**

Území (město/kraj): Pardubice (Pardubický kraj)

Žadatel: **Kardiologické centrum AGEL a.s.**

Adresa: Kyjevská 44, 530 03 Pardubice

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 15 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel)

.....  
**doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA**  
předseda Komise





Odůvodnění:

Požadována je obnova stávající přístrojové techniky, která bude instalována do stávajících prostor Elektrofyziologického sálu č. 2 Kardiologické centrum AGEL a.s.

Stávající zdravotnická technika Angiografická linka Philips Allura Xper FD20 C – FPU byla pořízená v roce 2015. Vzhledem k četnosti výkonů a opotřebovanosti bude nutná její obnova v nejbližších letech.

Kardiologické centrum AGEL a.s. poskytuje vysoce kvalitní specializovanou péči v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Je součástí sítě komplexních kardiovaskulárních center MZ. Nový intervenční skiaskopický komplet pro intervenční výkony na koronárním řečišti bude v rámci obnovy využíván k zachování provozu komplexního kardiovaskulárního centra.

Žadatel nepředpokládá nutnost navýšení personálního zajištění.

