



Praha 25. března 2024

Č. j.: MZDR 7674/2024-23/OZP

MZDRX01RMA7J

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 6. března 2024

Přístroj: **POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE (CT) – obnova**

Území (město/kraj): Vyškov (Jihomoravský kraj)

Žadatel: **Nemocnice Vyškov, p.o.**

Adresa: Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov – Nosálovice

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 15 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel)

.....  
**doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA**  
předseda Komise





Odůvodnění:

Požadována je obnova stávajícího počítačového tomografu (CT), který je v nemocnici používán od roku 2016. Nové přístrojové vybavení bude sloužit k zabezpečení provozu zdravotnického zařízení.

Potřeba nákupu počítačového tomografu pro radiodiagnostické oddělení vyplývá z důvodu nutné obměny po 8 letech stáří přístroje, morálního opotřebení zastaralé technologie, zvyšujícího se počtu vyšetření a s tím spojených technických nároků na přístroj.

Nový přístroj bude schopen pořizovat kvalitnější zobrazení vyšetřované oblasti, rychlejší přístup k informacím týkajících se vyšetření (dávka a expoziční parametry) a rychlejší práci s obrazovou dokumentací. V návaznosti na činnost iktového centra v Nemocnici Vyškov, p.o. a zařazení nemocnice do skupiny urgentního příjmu II. typu má potřeba tohoto přístrojového vybavení své opodstatnění.

Žadatel nepředpokládá nutnost navýšení personálního zajištění.

