



Praha 25. března 2024

Č. j.: MZDR 7674/2024-26/OZP

MZDRX01RMAW2

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 6. března 2024

Přístroj: **RTG SYSTÉM S C-RAMENEM PRO APLIKACE NA OPERAČNÍCH SÁLECH –
obnova**

Území (město/kraj): Ostrava (Moravskoslezský kraj)

Žadatel: **Fakultní nemocnice Ostrava (FNO)**

Adresa: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 14 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise

Odůvodnění:





Požadována je obměna amortizovaného vybavení Radiodiagnostického ústavu provozovaného na odborných medicínských pracovištích Centrálních operačních sálů, a to RTG systému s C ramenem, rok výroby/dodání 2009, za vysoce sofistikovaný systém – zdravotnickou technologii odpovídající požadavkům těchto odborných medicínských pracovišť, a to nejen po stránce technické (využití moderních technologií, materiálů a vědomostí v oblasti vědeckotechnického rozvoje), ale i po stránce medicínské (využití poznatků a postupů v lékařských metodách a přístupech v diagnostice a operačních výkonech).

Přístroj bude využíván pro diagnostické výkony a jako podpora operačních výkonů zejména v oblasti traumatologie, úrazové chirurgie, ortopedie, spinální chirurgie. Skiaskopické zobrazení min. 2D a velkým flat detektorem se získáním obrazů s vysokou kvalitou umožní zkrácení doby diagnostiky a snížení dávky ionizujícího záření při operačním výkonu pro pacienta.

Personální zabezpečení včetně odborného zástupce/vedoucího pracoviště bude zajištěno stávajícími zaměstnanci Radiodiagnostického ústavu – pracoviště centrálních operačních sálů.

