



Praha 25. března 2024

Č. j.: MZDR 7674/2024-29/OZP

MZDRX01RMBN4

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 6. března 2024

Přístroj: **RTG PŘÍSTROJ SKIASKOPICKO-SKIAGRAFICKÝ STACIONÁRNÍ – obnova**

Území (město/kraj): Olomouc (Olomoucký kraj)

Žadatel: **Vojenská nemocnice Olomouc**

Adresa: Sušilovo náměstí 5, 779 00 Olomouc

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 14 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise





Odůvodnění:

Požadována je obměna stávajícího zastaralého poruchového systému. Jedná se o základní skiaskopickou sklopnou stěnu s možností digitálního záznamu skiaskopické scény s orgánovou automatikou, která obsahuje přednastavené protokoly s možností uživatelského nastavení expozičních a pozičních priorit. Přístroj disponuje systémem automatického řízení expozice během skiaskopického snímání, má motorizovaný pohyb a vyšší nosnost.

Přístroj je umístěn jako jediný stacionární skiaskopicko-skiagrafický zdroj ionizujícího záření pro celou Vojenskou nemocnici Olomouc. Vojenská nemocnice Olomouc je druhou největší nemocnicí na území statutárního krajského města.

Přístroj bude instalován na v hlavní budově Vojenské nemocnice na Klášterním Hradisku ve stávající skiaskopické RTG vyšetřovně a připojen minimální úpravou na stávající technické instalace.

Předpokládá se využívání v délce minimálně cca 8-10 let.

Žadatel nepředpokládá nutnost navýšení personálního zajištění.