



Praha 25. března 2024

Č. j.: MZDR 7674/2024-13/OZP

MZDRX01RIJAT

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 6. března 2024

Přístroj: **MAGNETICKÁ REZONANCE (MR) 3T – obnova**

Území (město/kraj): Praha (Hlavní město Praha)

Žadatel: **Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN)**

Adresa: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 14 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise





Odůvodnění:

Požadována je obměna přístroje MR 1,5T Philips Achieva, který byl pořízen v roce 2009, za přístroj 3T, která umožní pro pacienty a indikující lékaře zajistit i nadále vyšetřovací kapacitu Radiodiagnostické kliniky VFN a lépe uspokojovat stále rostoucí požadavky na provedení MR vyšetření. Změna na 3T přístroj umožní mj. zobrazení z neurologické indikace ve vyšší kvalitě než stávající přístroj (na řadu oblastí z neurologických indikací je přímo 3T přístroj dedikován).

Navrhovaná výměna se týká oddělení magnetické rezonance (MR neurologie) v budově neurologické kliniky, Kateřinská 30, Radiodiagnostická klinika, VFN v Praze a 1. LF UK.

Na konci roku 2021 definitivně vypršela servisní smlouva a servisní podpora stávajícího přístroje, a dle vyjádření firmy Philips bude obtížné nadále garantovat servis a dostupnost náhradních dílů. Vyšetření na tomto přístroji již nedosahuje standardů kvality MR zobrazení, v některých oblastech je zatíženo artefakty a je obtížně využitelné. Druhý MR přístroj na pracovišti kapacitně nestačí.

Komise schválila obměnu přístrojového vybavení (t.č. MR 1,5T) již v roce 2021, avšak žadateli ale nebyly přiděleny finanční prostředky z dotačního titulu a nemohl tak k realizaci přistoupit.

Žadatel nepředpokládá nutnost navýšení personálního zajištění.