



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 14762/2025-83/OZP



MZDRX01XMVUF

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 8. října 2025

Přístroj: **KAPALINOVÝ CHROMATOGRAPH S HMOTNOSTNÍM DETEKTOREM – nová kapacita**

Území (město/kraj): Ústí nad Labem (Ústecký kraj)

Žadatel: **Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Adresa: Sociální péče 3316/12a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise

Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.





Odůvodnění:

Předmětem je záměr pořízení nového kapalinového chromatografu na Oddělení soudního lékařství a toxikologie Krajské zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Toxikologická laboratoř jako součást Oddělení soudního lékařství a toxikologie provádí rozbor biologického materiálu živých pacientů hospitalizovaných v nemocnicích Krajské zdravotní a.s., dále ambulantních pacientů a rovněž materiálu odebraného při pitvách zemřelých.

Především pro klinickou praxi jsou požadovány přesné, citlivé a rychlé vyšetřovací analýzy k identifikaci a kvantifikaci toxikologicky významných látek (léčiva, zneužívané omamné a psychotropní látky a jejich metabolity, přírodní toxiny a jedy atd.). Současně lze předpokládat nárůstu analýz v tomto segmentu vzhledem k modernímu trendu terapeutického monitorování léčiv při zefektivňování léčby pacientů s eliminací polypragmazie.

Oddělení soudního lékařství a toxikologie disponuje jedinou toxikologickou laboratoří fungující v nonstop režimu v rámci Ústeckého kraje, kdy pro nonstop statimový režim pro potřeby klinických pracovišť je třeba mít jeden analyzátor trvale nekontaminovaný degradačními produkty mrtvolného materiálu, neboť taková kontaminace přináší zkreslené výsledky analýzy s rizikem závažných zdravotních následků pro vyšetřovaného pacienta.