



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 14762/2025-95/OZP



MZDRX01XMW6K

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 8. října 2025

Přístroj: **NEUROCHIRURGICKÝ NAVIGAČNÍ SYSTÉM – nová kapacita**

Území (město/kraj): Praha (Hlavní město Praha)

Žadatel: **Nemocnice Na Homolce**

Adresa: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlas proti, 1 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise

Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.



Odůvodnění:

Předmětem je záměr pořízení neurochirurgického navigačního systému do Nemocnice na Homolce. Jedná se o doplnění přístrojového vybavení, které bude používáno jak v rámci Komplexního cerebrovaskulárního centra, tak i pro potřeby Spondylochirurgického centra Nemocnice na Homolce.

Neurochirurgické oddělení disponuje třemi operačními sály a dvěma mobilními neurochirurgickými navigačními systémy. Díky tomu nemůžou probíhat na neurochirurgických sálech zároveň tři navigované operace. Po pořízení mobilního intraoperačního 2D/3D zobrazovacího systému „O-arm“ a s tím souvisejícím zahájení navigovaných stabilizačních operací páteře se projevila nedostatek neurochirurgických navigačních systémů, které se převážně využívají při operacích mozkových nádorů. Díky tomuto nedostatku musí být navigované operace významně plánovány a často se protahují do pozdních odpoledních hodin což není ideální pro personál, tak i pro samotné pacienty.