



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 14762/2025-103/OZP



MZDRX01XMWFB

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 8. října 2025

Přístroj: **RTG SKIAGRAFICKÝ SYSTÉM – obnova**

Území (město/kraj): Ostrava (Moravskoslezský kraj)

Žadatel: **Fakultní nemocnice Ostrava**

Adresa: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise

Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.





Odůvodnění:

Předmětem je obnova skiagrafického systému Multix TOP ACSS, výrobní číslo: 95000155, inv. č.: 187647, z roku 2009, jež byl do provozu Fakultní nemocnice Ostrava uveden v březnu 2010. Jedná se o obměnu amortizovaného přístrojového vybavení Radiodiagnostického ústavu za vysoce sofistikovaný systém odpovídající požadavkům tohoto pracoviště.

