



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 14762/2025-106/OZP



MZDRX01XMWIW

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 8. října 2025

Přístroj: **ANGIOGRAFICKÝ SYSTÉM – obnova**

Území (město/kraj): Ostrava (Moravskoslezský kraj)

Žadatel: **Městská nemocnice Ostrava, p.o.**

Adresa: Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise

Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.





Odůvodnění:

Předmětem je obnova angiografického systému Artis Q Ceiling s flat detektorem výr. č.: 109180, která je v provozu nemocnice od prosince 2015, za univerzální biplanární angiografické zařízení s C-ramenem s maximálním rozsahem pohybu vybavené plnou digitalizací obrazu určené především pro provádění intervenčních vaskulárních vyšetření včetně 3D zobrazení (použití především v neuroradiologii), Cone-beam CT zobrazení (detekce časných periprocedurálních neurointervenčních komplikací) a použití při nevaskulárních intervenčních vyšetření – např. navigovaná punkce.