



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 14762/2025-113/OZP



MZDRX01XMWPX

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 8. října 2025

Přístroj: **ANGIOGRAFICKÝ DVOUROVINNÝ PŘÍSTROJ – obnova**

Území (město/kraj): Brno (Jihomoravský kraj)

Žadatel: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**

Adresa: Pekařská 53, 602 00 Brno

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise

Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.





Odůvodnění:

Předmětem je obnova stávajícího angiografického kompletu dvourovinný Artis Zee Biplane výrobce Siemens AG, výrobní č. 153789, který byl pořízen v roce 2010.

Stávající zařízení je technologicky zastaralé, čelí častějším poruchám a jeho další provoz přináší riziko zhoršení kvality péče i možných prodlev při akutních stavech. Vzhledem k ukončení servisní podpory v tomto roce bude jeho udržení v provozu velmi nákladné a technicky náročné. Případný výpadek tohoto přístroje by měl velice závažné dopady na fungování akutního i běžného provozu Kliniky zobrazovacích metod a navazujících klinik (např. Neurochirurgická klinika, Neurologická klinika, Onkochirurgické oddělení, Interní kardioangiologická klinika a jiné). Moderní dvourovinná angiolinka umožní významné zkrácení intervenčních časů, vyšší kvalitu zobrazení, nižší radiační zátěž a větší bezpečnost pacientů i personálu.