



V Praze dne 13. června 2019  
Č.j.: MZDR 21912/2019/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 9. KVĚTNA 2019

*Přístroj:* **MAGNETICKÁ REZONANCE (MR 1,5T) – UPGRADE**

*Území (město/kraj):* Praha / Hlavní město Praha

*Žadatel:* **Affidea Praha s.r.o.**

*Adresa:* Šustova 1930/2, 148 00 Praha 11

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: pro 16 hlasů)*

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.  
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

*Jedná se o upgrade dosluhujícího přístroje Siemens Magnetom Avanto na Avanto Fit, čímž by mělo dojít k výraznému zkvalitnění péče o pacienty a zvýšení jejich komfortu při vyšetřování. Přístroj bude instalován na vyšetřovně v Poliklinice Jižní město v Šustově ulici.*

*Spádovou oblast tvoří zejména ambulantní pracoviště specialistů z Prahy a Středočeského kraje ale i z ostatních krajů. Často jsou vyšetřováni pacienti z velkých pražských nemocnic (Ortopedická klinika FN v Motole, Revmatologický ústav). Affidea Praha s.r.o. má k dispozici dvě magnetické rezonance.*





<b>Žadatel:</b>	<b>Affidea Praha s.r.o.</b>					
<b>Přístrojové zařízení:</b>	<b>magnetická rezonance (MR 1,5T)</b>					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%	2 174	2 391				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	6,9					
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)						
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]	120					
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad		1	20	20	0	20
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	55	45
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

