



V Praze dne 13. června 2019
Č.j.: MZDR 21912/2019/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 9. KVĚTNA 2019

Přístroj: **VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (CT) – OBNOVA**

Území (město/kraj): Písek / Jihočeský kraj

Žadatel: **Nemocnice Písek, a.s.**

Adresa: Karla Čapka 589, 397 01 Písek

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: pro 16 hlasů)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Nemocnice Písek, a.s. provozuje v rámci Radiodiagnostického oddělení přístroj CT – Toshiba Aquilion 64 (rok pořízení 2010). Záměrem nemocnice je provedení jeho obnovy v roce 2019 za nový přístroj s lepšími parametry, aby mohla nadále poskytovat kvalitní diagnostickou péči v rámci iktového centra. Součástí bude likvidace stávajícího přístroje.

Radiodiagnostické pracoviště Nemocnice Písek, a.s. je určeno pro lůžkovou i ambulantní složku nemocnice, ale i pro ambulantní pacienty z jiných zařízení. Oddělení funguje 24 hodin denně.

Přístroj Toshiba Aquilion 64 byl pořízen v roce 2010, to znamená, že v roce 2019 uplyne 9 let od jeho pořízení, což je doporučená amortizační doba přístroje CT Radiologickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Pokud by nedošlo k obnově, Nemocnice Písek, a.s. by nesplnila kritéria přístrojového vybavení iktového centra.





Žadatel:	Nemocnice Písek, a.s.					
Přístrojové zařízení:	výpočetní tomografie (CT)					
Průměr ČR (výšetření/rok) roční nárůst 10%	4 301	4 731				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	14,1					
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)	26,4					
NARÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]	90					
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpokládá	1		20	20	20	0
Využítí stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využítí nově pořízovaného přístroje: je předpokládán počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	100	0
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat či mo uhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

