



V Praze dne 13. června 2019

Č.j.: MZDR 21912/2019/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 9. KVĚTNA 2019

*Přístroj:* **SPECT KAMERA – OBNOVA**

*Území (město/kraj):* Strakonice / Jihočeský kraj

*Žadatel:* **Nemocnice Strakonice, a.s.**

*Adresa:* Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: pro 16 hlasů)*

Podpis předsedy komise

.....  
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.  
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

*Stávající dvojhlavá SPECT gama kamera Forte AZ firmy Philips byla pořízena v roce 2006. Tento kamerový systém je vybaven dvěma digitálními detektory a určen k vytváření obrazů znázorňujících anatomické rozložení radioizotopů emitujících uvnitř těla fotonové záření.*

*Nemocnice disponuje pracovištěm Oddělení nukleární medicíny, které je společně s Nemocnicí České Budějovice, a.s. jediné v jihočeském kraji schopno poskytnout celé spektrum vyšetření.*





<b>Žadatel:</b>	<b>Nemocnice Strakonice, a.s.</b>					
<b>Přístrojové zařízení:</b>	<b>SPECT kamera</b>					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%	483	531				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	11,8					
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)						
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]	45					
	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	<b>váha ano</b>	<b>váha ne</b>	<b>přepočtené ano</b>	<b>přepočtené ne</b>
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nespĺňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad	1		20	20	20	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládán počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	75	25
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	<b>ANO</b>					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	<b>NEPRAVDA</b>					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	<b>ANO</b>					

