



V Praze dne 13. června 2019
Č.j.: MZDR 21912/2019/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 9. KVĚTNA 2019

Přístroj: **ANGIOGRAFICKÝ KOMPLET (KARDIOLOGIE) – OBNOVA**

Území (město/kraj): Ostrava / Moravskoslezský kraj


Žadatel: **Fakultní nemocnice Ostrava**

Adresa: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: pro 16 hlasů)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu vybavení odborného medicínského pracoviště – Oddělení kardiovaskulárního (úsek invazivní kardiologie) – systémů Siemens Axiom Artist dFC (r. 1999) nebo Innova 4100, GE (r. 2006). Na uvedených přístrojích jsou prováděny kardiovaskulární diagnostické a intervenční výkony, strukturální i koronární intervence a intervence na periferním vaskulárním systému.

Důvodem obnovy je zkvalitnění užitných vlastností přístroje, které odpovídají současným požadavkům na vyšetření a snížení radiační zátěže pacientů i ošetřujícího personálu.





Žadatel:		Fakultní nemocnice Ostrava				
Přístrojové zařízení:	angiografický komplet (kardiologie)					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%	1 468	1 615				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	12,3					
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)						
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. (min)	45					
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nespĺhuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad	1		20	20	20	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit	1		15	15	0	15
Využití nově pořízovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	85	15
Doporučení k nákupu dle kritérií na řadách 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění?	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

