



V Praze dne 13. června 2019
Č.j.: MZDR 21912/2019/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 9. KVĚTNA 2019

Přístroj: **LABORATORNÍ LINKA – OBNOVA**

Území (město/kraj): Ústí nad Orlicí / Pardubický kraj

Žadatel: **Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**

Adresa: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: pro 15 hlasů)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Komise již projednala a doporučila dne 14. 7. 2016. Jedná se o pořízení laboratorní linky pro automatizované zpracování laboratorních vyšetření krevních vzorků v primárních odběrových zkumavkách, která nahradí stávající přístroj z roku 2004.

Laboratorní linka zajistí proveditelnost a dostupnost požadovaných laboratorních vyšetření v požadovaném čase a požadované kvalitě. Přístroj bude základní součástí nepřetržitého provozu po celou dobu své životnosti. Linka zajistí automatizovanou dopravu zkumavek k jednotlivým analyzátorům, jejich zpracování a návrat. Dojde tak k minimalizaci kontaktu laboratorního personálu s biologickým materiálem. Nezanedbatelným efektem je také snížení personálních potřeb pro zajištění rutinního provozu. Pracoviště pracuje pro lůžková oddělení nemocnice ale také pro velký počet externích ambulancí z okolních měst. Zařízení bude nainstalováno a uvedeno do provozu na Oddělení klinické biochemie a diagnostiky Orlickoústecké nemocnice.





Žadatel:		Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (Ústí nad Orlicí)					
Přístrojové zařízení:		laboratorní linka					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%							
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%							
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS							
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)							
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]							
		ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?			1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.		1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad				20	20	0	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit				15	15	0	0
Využití nově pořízovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR				15	15	0	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?			1	Absolutní			
				100	100	25	25
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5		NE					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění		NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie		NE					

