



V Praze dne 13. červen 2019  
Č.j.: MZDR 21912/2019/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 9. KVĚTNA 2019

*Přístroj:* **VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (CT) – OBNOVA**

*Území (město/kraj):* Litomyšl / Pardubický kraj


*Žadatel:* **Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**

*Adresa:* Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: pro 15 hlasů)*

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.  
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

*Komise již projednala a doporučila dne 14. 7. 2016. Jedná se o obnovu přístroje z roku 2009.*

*Důvodem je stáří a vysoká poruchovost. Dostupnost této vyšetřovací metody je nezbytná pro zajištění poskytování akutní péče jak pro hospitalizované, tak ambulantní pacienty. K výměně přístroje dojde na stávajícím pracovišti v Litomyšli bez stavebních úprav.*

*Dojde ke zrychlení provozu, zkrácení čekací doby pro pacienty, snížení radiační zátěže, zvýšení výtěžnosti vyšetření a umožní realizaci nových vyšetření a diagnostiky.*





Žadatel:		Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (Litomyšl)				
<b>Přístrojové zařízení:</b>		<b>výpočetní tomografie (CT)</b>				
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%		4 301	4 731			
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS		14,1				
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)		26,4				
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]		90				
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad	1		20	20	20	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit	1		15	15	0	15
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	60	40
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

