



V Praze dne 13. června 2019
Č.j.: MZDR 21912/2019/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH
TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO
POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 9. KVĚTNA 2019

Přístroj: **SKIAGRAFICKO - SKIASKOPICKÝ RTG PŘÍSTROJ
– OBNOVA**

Území (město/kraj): Havířov / Moravskoslezský kraj


Žadatel: **Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková
organizace**

Adresa: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: pro 14 hlasů)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Cílem projektu je obnova stávajících zdravotnických přístrojů v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci za účelem zvýšení kvality návazné péče. Poskytování vysoce specializované péče je významně ovlivněno kapacitou pracovišť, která toto zajišťují a tak úroveň kvality a rozsah prvotní návazné péče v zásadní míře rozhoduje o tom, zda vůbec a jak rychle se pacient dostane k ošetření v centrech vysoce specializované péče, pokud tato zařízení nebudou nucena přijímat pacienty, které by v návazné péči při dostatečném přístrojovém vybavení zvládla zajistit standardní léčebná pracoviště.

Zlepšení stavu materiálně-technické přístrojové základny tak zajistí větší efektivitu systému v nemocnici, protože pacienti nebudou muset být ve zvýšené míře umisťováni do center vysoce specializované péče z kapacitních důvodů nebo z důvodů nedostatečného technického vybavení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci, ale pouze na základě potřeby této vysoce specializované péče.

Důvodem obnovy stávajícího skiagraficko-skiaskopického přístroje typ DUO DIAGNOST, výrobce PHILIPS, rok pořízení 2006 je nedostačující výkon a rychlost zpracování technicky zastaralého přístroje. Se systémem lze zajišťovat provádění základních i speciálních skiaskopických a skiagrafických vyšetření, vyšetření v oblasti trávící trubice (polykací akt, jícn, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo (irrigografie, defekografie), ERCP.





Žadatel:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková orgar					
Přístrojové zařízení:	Sklaograficko-sklaskopický přístroj s přímou digitalizací					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%						
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS			78,8			
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)						
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]			45			
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad			20	20	0	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořízovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR			15	15	0	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	40	25
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

