



V Praze dne 13. června 2019  
Č.j.: MZDR 21912/2019/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 9. KVĚTNA 2019

*Přístroj:* **VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (CT) – OBNOVA**

*Území (město/kraj):* Ostrov / Karlovarský kraj


*Žadatel:* **NEMOS PLUS s.r.o.**

*Adresa:* Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: pro 16 hlasů)*

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.  
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

*Přístrojová komise žádost projednala již dne 24. 10. 2018 a 25. 2. 2019 s tím, že konečné stanovisko bylo odloženo a žádost bude po zajištění stanoviska kraje opětovně Komisí projednána bez účasti zástupce žadatele.*

*Jedná se o obnovu stávajícího technicky a morálně zastaralého CT systému – Aquilion S16, Toshiba, který byl instalován v roce 2009 a je v havarijním stavu. Přístroj nevyhovuje aktuálním požadavkům na snížení radiační zátěže. V současné době je z důvodu havárie mimo provoz. Přístroj bude provozován v režimu 24/7.*

*Ministerstvo zdravotnictví obdrželo stanovisko hejtmanky Karlovarského kraje k žádosti společnosti NEMOS PLUS s.r.o., ve kterém je uvedeno, že CT přístroj v nemocnici v Ostrově je nezbytný pro zachování dostupnosti zdravotní péče v Karlovarském kraji. Obnovu CT kraj doporučuje.*





Žadatel:		NEMOS PLUS s.r.o., Ostrov					
<b>Přístrojové zařízení:</b>		<b>výpočetní tomografie (CT)</b>					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%		4 301	4 731				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%							
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS		14,1					
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)		26,4					
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]		90					
		ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?			1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nespĺňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1			25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad			1	20	20	0	20
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit			1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR			1	15	15	0	15
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?			1	Absolutní			
				100	100	40	60
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5		NE					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění		NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie		NE					

