



V Praze dne 9. dubna 2021

Č.j.: MZDR 8474/2021/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. – 14. BŘEZNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

*Přístroj:* RTG PŘÍSTROJ S C RAMENEM – OBNOVA

*Území (město/kraj):* Přerov / Olomoucký kraj

*Žadatel:* AGEL Středomoravská nemocniční a.s.

*Adresa:* Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise

.....  
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM  
předseda komise



Odůvodnění:

*Nemocnice AGEL Přerov disponuje 287 lůžky akutní péče a 100 lůžky následné péče. Hospitalizační péče je v této nemocnici poskytována v základních oborech a patří do kategorie nemocnic II. typu — chirurgie, ortopedie a traumatologie, vnitřní lékařství, neurologie, gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, ARO a urologie.*

*Mobilní C rameno se používá především u hospitalizovaných pacientů na interním oddělení při implantaci a reimplantacích kardiostimulátorů, při repozicích elektrod, při dočasných stimulacích nebo při zavádění permanentních katetrů (permcath nebo PICC).*

*Důvodem obměny je skutečnost, že stávající přístroj BV Endura 9, Philips, z roku 2009 je již na hranici životnosti, nenabízí vysokou úroveň mobility a špičkový zobrazovací systém, který je při prováděných výkonech na srdci velmi důležitý. Mobilní přístroj lze využít v případě naléhavé potřeby i na jiných pracovištích nemocnice.*

