



V Praze dne 9. dubna 2021

Č.j.: MZDR 8474/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. – 14. BŘEZNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: EOS SKIAGRAF II. GENERACE – OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Fakultní nemocnice v Motole**

Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Obnova EOS skiagrafického přístroje II. generace bude řešit morálně zastaralý stav stávajícího přístroje (stáří přístroje je 15 let) a také modernizaci technologií na Klinice zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, v současnosti patří k předím pracovištím tohoto druhu v Evropě apředním centřum pediatrické radiologie v ČR. Nový přístroj umožní kvalitní provádění řady diagnostický'ch postupů. EOS skiagraf II. generace umožñide provádět 2D/3D diagnostihd celého skeletu pacienta, přičemž vyžívá speciální detektor, umožñující snížení radiační dávky pacienta o 80%, což je především u dětský'ch pacienti velmi žádoucí. Uplatnění je především pro obory dětské a dospělé ortopedie a spondylochirurgie.

