



V Praze dne 9. dubna 2021

Č.j.: MZDR 8474/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. – 14. BŘEZNA 2021
(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: SPECT-CT – OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Fakultní nemocnice v Motole**

Adresa: V úvalu 84, 150 06 Praha 5

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Předmětem projektu je obnova hybridní gamakamery SPECT-CT na Klinice nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol. Přístroj nahradí stávající Symbia T., i. č. 20279, který je využíván od roku 2006. Obnova SPECT CT přístroje bude řešit morálně zastaralý stav stávajícího SPECT CT přístroje (stáří přístroje je 15 let) a také modernizaci technologií na Klinice nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol. Na stávající přístroj již výrobce negarantuje pozáruční servis ani dodávku náhradních dílů nebo požadované díly již nebudou kompatibilní.

