



V Praze dne 9. dubna 2021

Č.j.: MZDR 8474/2021/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. – 14. BŘEZNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

*Přístroj:* **DIGITÁLNÍ RTG S C-RAMENEM 3D- OBNOVA**

*Území (město/kraj):* Praha / Hlavní město Praha

*Žadatel:* **Fakultní nemocnice Královské Vinohrady**

*Adresa:* Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM  
předseda komise



Odůvodnění:

*Zařízení C-rameno 3D je nezbytným požadavkem pro fungování traumatologické ambulance a akutního traumatologického operačního sálu. Využívá se zejména pro akutní i odložené repozice zlomenin a luxovaných kloubů a následné kontrole, pro akutní operace poraněné páteře, lze s ním provádět i peroperační kontrastní vyšetření páteřního kanálu.*

