



V Praze dne 9. dubna 2021

Č.j.: MZDR 8474/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. – 14. BŘEZNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: SKIASKOPICKÝ KOMPLET PRO HYBRIDNÍ
KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY - OBNOVA

Území (město/kraj): Pardubice / Pardubický kraj

Žadatel: Kardiologické centrum AGEL a.s.

Adresa: Kyjevská 44, 530 03 Pardubice

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise

.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Externí audit již v r. 2017 doporučil vyřadit stávající zařízení z provozu. Nové zařízení významně sníží radiační zátěž pro pacienty i zaměstnance, poskytne kvalitnější zobrazení, umožní integraci s 3D elektroanatomickým mapovacím systémem a integraci se sonografickým zobrazením srdce, umožní provádění podrobné angiografie ve vztahu ke komplexním katetrizačním ablačním výkonům v srdeční elektrofyziologii, zlepší možnosti v zavádění resynchronizačních a nových pokročilých stimulačních implantabilních systémů.

