

V Praze dne 9. dubna 2021

Č.j.: MZDR 8474/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. – 14. BŘEZNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: ANGIOLINKA (SÁL Č. 3) - OBNOVA

Území (město/kraj): Liberec / Liberecký kraj

Žadatel: Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Adresa: Husova 357/10, 460 01 Liberec

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise



.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Krajská nemocnice Liberec má čtyři specializovaná Ministerstvem zdravotnictví České republiky akreditovaná centra - Kardiocentrum, Komplexní onkologické centrum, Neurocentrum, jehož součástí je i Komplexní cerebrovaskulární centrum a Traumatologicko-ortopedické centrum. Tato centra poskytují vysoce specializovanou péči pro pacienty nejenom ze spádové oblasti Libereckého kraje, ale i pacientům ze širší spádové oblasti především ze Středočeského, Královehradeckého anebo Ústeckého kraje. Kardiocentrum (KC) KNL a.s. je jako jediné pracoviště v Libereckém kraji plně akreditováno v oboru kardiologie a poskytuje nepřetržitou péči o pacienty s akutními i chronickými formami kardiovaskulárních onemocnění.

Nezbytnou součástí této péče je invazivní diagnostika a léčba ischemické choroby srdeční, chlopenních vad, kardiomyopatií nebo srdečního selhání prováděná pomocí angiolinky. KC KNL poskytuje pacientům celou škálu invazivních výkonů dostupných na pracovišti bez kardiouchirurgie a patří mezi popředná centra v ČR v počtu perkutánních koronárních intervencí, funkčního vyšetření koronárních tepen a komplexních koronárních intervencí (intervence chronických uzávěrů, intravaskulární litotrypse, rotační aterektomie) s použitím nejmodernějších metod. V současné době je KC KNL a.s. vybaveno třemi angiolinkami, z nichž jedna je od své instalace v roce 2010 využívána výhradně pro výkony invazivní a intervenční kardiologie. Přístroj je fyzicky i morálně zastaralý a je nutná jeho obměna. Stávající přístroj je využíván v nepřetržitém provozu s plnou vytižeností v době 7:00-16:00 hodin, v době od 16:00 do 7:00hod je přístroj plně k dispozici v rámci ÚPS. Lékaři i sestry jsou k dispozici 24/365. Z tohoto důvodu je nutný nákup/obnova angiolinky, a to včetně nových moderních SW aplikací a souběžného příslušenství k požadovaným výkonům.

