



V Praze dne 9. dubna 2021

Č.j.: MZDR 8474/2021/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. – 14. BŘEZNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

*Přístroj:* CT SIMULÁTOR - OBNOVA

*Území (město/kraj):* Pardubice / Pardubický kraj

*Žadatel:* **Multiscan s.r.o.**

*Adresa:* Okruhová 1135/44, 155 00 Praha 13

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 16 hlasů pro, 0 hlasů proti, 2 se zdrželi)

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM  
předseda komise



Odůvodnění:

*V současnosti je instalován 40 – slice CT, který je využíván k akvizici CT skenů, používaných při plánování radioterapie a při simulaci izocentra na těle pacienta. Část strojového času i pro RTG výkony. Občasné výpady z důvodu opotřebení a údržby zdržují provoz i termíny k vyšetření pacientů.*

