



V Praze dne 9. dubna 2021  
Č.j.: MZDR 8474/2021/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12.-14. BŘEZNA 2021  
(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

*Přístroj:* **ANGIOGRAF (ŽLUTÝ SÁL) - OBNOVA**

*Území (město/kraj):* Třinec / Moravskoslezský kraj

*Žadatel:* **Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s.**

*Adresa:* Konská 453, 739 61 Třinec

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 16 hlasů pro, 1 hlas proti, 1 se zdržel)*

Podpis předsedy komise

.....  
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM  
předseda komise



Odůvodnění:

*Nemocnice Podlesí a.s. poskytuje vysoce kvalitní specializovanou péči v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Je součástí sítě komplexních kardiovaskulárních center MZ ČR.*

*Nový přístroj pro intervenční výkony na koronárním rečišti, na oddělení intervenční a diagnostické kardiologie, bude využíván v rámci Komplexního kardiovaskulárního centra.*

*Stávající zdravotnická technika Angiografický komplet Philips Allura Xper FD20 byla pořízená v roce 2012. Vzhledem k četnosti výkonů bude nutná její obnova v nejbližších letech. Územní rozsah — spádová oblast 1 miliónu obyvatel.*

