



V Praze dne 2 dubna 2021

Č.j.: MZDR 8474/2021/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. - 14. BŘEZNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

*Přístroj:* **MAGNETICKÁ REZONANCE (MR 1,5T) - OBNOVA**

*Území (město/kraj):* Třinec / Moravskoslezský kraj

*Žadatel:* **Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s.**

*Adresa:* **Konská 453, 739 61 Třinec**

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM  
předseda komise



Odůvodnění:

*Nemocnice Podlesí a.s. poskytuje vysoce kvalitní specializovanou péči v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Je součástí sítě komplexních kardiovaskulárních center MZ ČR. Nový přístroj v rámci obnovy bude využíván k zachování provozu komplexního kardiovaskulárního centra.*

*Nový přístroj nahradí stávající Magnetickou resonanci Philips Achieva 1,5 T z roku 2010, který je již na hranici životnosti. Dostupnost náhradních dílů je velmi omezená, v posledním období se projevuje velmi častá poruchovost.*

