

V Praze dne 2 dubna 2021
Č.j.: MZDR 8474/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. - 14. BŘEZNA 2021
(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: **SKIASKOPICKÝ KOMPLET - OBNOVA**

Území (město/kraj): Třinec / Moravskoslezský kraj

Žadatel: **Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s.**

Adresa: **Konská 453, 739 61 Třinec**

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise



.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Nemocnice Podlesí a.s. poskytuje vysoce kvalitní specializovanou péči v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Všechny kardiochirurgické výkony, kardiologické výkony, dále onemocnění periferních tepen - rozvoj a aplikace hybridních vaskulárních technik, které umožňují kombinovaným chirurgicko-intervenčním přístupem řešit v jedné době na jednom hybridním operačním sále komplikované případy.

Nový intervenční skiaskopický komplet pro hybridní kardiovaskulární výkony bude v rámci obnovy využíván k zachování provozu komplexního kardiovaskulárního centra (Hybridní sál).

Stávající přístroj Allura Xper FD20 R8 Flex Move byl pořízen v roce 2013. Vzhledem k četnosti výkonů (odbornosti kardiologické, kardiochirurgické, chirurgicko cévní a IR) bude přístroj používán maximálně 10 let, v současné době je již plánovaná její obnova. Územní rozsah — spádová oblast 1 miliónu obyvatel.

