



V Praze dne 9. dubna 2021

Č.j.: MZDR 8474/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. – 14. BŘEZNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: MOBILNÍ DIGITÁLNÍ RTG (C-RAMENO S 3D
ZOBRAZENÍM – OBNOVA

Území (město/kraj): Jihlava / Kraj Vysočina

Žadatel: **Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace**

Adresa: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Nemocnice Jihlava obdržela informaci od výrobce stávajícího RTG C ramena, že k 31. 12. 2020 ukončuje servisní podporu tohoto přístroje. Dodavatel nadále negarantuje servis ani dodávky náhradních dílů, při poruše přístroje tedy reálně hrozí, že nemocnice nebude schopna zajistit plynulý provoz a dodržení operačního harmonogramu.

Nový přístroj se vyznačuje menší poruchovostí a s tím související bezproblémové použití při všech indikovaných operačních výkonech. Realizace obnovy RTG přístrojového vybavení je nutným předpokladem pro zajištění kontinuity a dostupnosti poskytovaných služeb v návaznosti na všechny klinické obory Nemocnice Jihlava (Kraj Vysočina a okrajové oblasti sousedících krajů).

