

V Praze dne 9. dubna 2021  
Č.j.: MZDR 8474/2021/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. – 14. BŘEZNA 2021  
(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

*Přístroj:* **MAMOGRAF – OBNOVA**

*Území (město/kraj):* Jihlava / Kraj Vysočina

*Žadatel:* **Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace**

*Adresa:* Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)*

Podpis předsedy komise

.....  
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM  
předseda komise



Odůvodnění:

*V současné době disponuje Nemocnice Jihlava pouze jedním mamografickým přístrojem, aby byla zachována dostupnost péče a neprodlužovaly se čekací doby, je naprosto nezbytná jeho obnova. Na základě pravidel pro screeningová centra rakoviny prsu, kdy přístroje nesmějí být starší osmi let, je nutné, aby byl tento přístroj obměněn nejpozději v první polovině roku 2021. Jedině tak bude Nemocnice Jihlava schopna nadále poskytovat zdravotní péči v rámci onkologického centra. Obměnou nového přístroje bude zachován stávající počet vyšetření.*

