



V Praze dne 9. dubna 2021

Č.j.: MZDR 8474/2021/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. – 14. BŘEZNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

*Přístroj:* SKIASKOPICKO-SKIAGRAFICKÝ RTG PŘÍSTROJ  
- OBNOVA

*Území (město/kraj):* Mariánské Lázně / Karlovarský kraj

*Žadatel:* **Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.**

*Adresa:* U Nemocnice 91/3, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise

.....  
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM  
předseda komise



Odůvodnění:

*Cílem obnovy přístroje je zlepšení celkového stavu radiologického komplementu a rozšíření spektra poskytovaných výkonů jak pro hospitalizované tak pro ambulantní pacienty. Obnova zastaralých přístrojů (18 let) za moderní, dovybavení oddělení umožní významné zlepšení léčebných výsledků a rozšíření terapeutických možností. Zároveň dojde k významnému rozšíření vybavení nemocnic tak, aby v tomto ohledu dosáhly odpovídající technické úrovně. Modernizace bude mít pozitivní dopad na zvýšení úrovně kvality péče o pacienty celého mikroregionu, všem ambulantním i ležícím pacientům, návštěvníkům ambulancí LPS - cca 55 tis. obyvatel – Toužimsko, Tepelsko, Mariánskolázeňsko a okolí a okres Tachov. V sezóně navíc nazanedbatelné množství lázeňských hostů.*

*Náhrada dosluhujícího přístroje umístěného na RDG oddělení - je určený pro všechny standartní typy vyšetření: víceúčelový, dálkově ovládaný skiaskopicko-skiagrafický systém s přímou digitalizací-v ceně započítána skiskopicko-skiagrafická sklopná stěna (1x dyn. fixní detektor), rentgenka a kolimátor s LCD displejem na stropním závěsu, vertigraf s jedním volným Wifi detektorem, akviziční stanice, generátor, vozík do snímkovny s monitorem, ochranný obal na detektor.*

