



V Praze dne 9. dubna 2021

Č.j.: MZDR 8474/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. – 14. BŘEZNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: **SKIAGRAFICKÝ RTG PŘÍSTROJ (2 KS) - OBNOVA**

Území (město/kraj): Pelhřimov / Kraj Vysočina

Žadatel: **Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace**

Adresa: Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise

.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Radiodiagnostické oddělení (RDO) Nemocnice Pelhřimov je umístěno v Pavilonu akutní medicíny, který byl dokončen v roce 2003. Na RDO je ročně vyšetřeno cca 40 000 pacientů. Záměrem nemocnice je obnova dvou RTG přístrojů, které jsou již morálně i technicky zastaralé. Tyto přístroje již není možné upgradovat, výrobce rovněž není schopen garantovat dostupnost náhradních dílů. Nové RTG přístroje nahradí dosluhující přístroje:

- RTG stacionární skiagrafické zařízení Ysio wi-D, pořízený 1.4.2010, dodavatel Siemens, s.r.o.

- RTG stacionární skiagrafické zařízení Hercules - 65-S, pořízený 30.11.2010, dodavatel PURO-KLIMA, a.s.

Stávající diagnostické zařízení je po 11-ti letech provozu opotřebované, morálně a technicky zastaralé, zařízení není možné upgradovat, výrobce navíc negarantuje opravitelnost pro absenci náhradních dílů. Pořízení nových přístrojů je nutností pro zachování akutní i plánované zdravotní péče v naší nemocnici s výhledem na zachování provozu radiodiagnostického pracoviště v dalších letech. Z jinak nenahraditelných možností vyšetřování nutno zmínit RTG snímky plic, zobrazování skeletu traumatické i netraumatické etiologie, vyšetřování náhlých příhod břišních /perforační příhody GITu + ileozní stavy/, kontrolní snímky plic po intervencích /k vyloučení PNO/, funkční snímky páteře a prakticky i celé spektrum méně častých nabízených vyšetření. Tato metodika je nenahraditelná a nutná pro dodržení základních vyšetřovacích postupů. Kromě těchto přístrojů nemocnice prakticky nedisponuje skiagrafickým přístrojem pro rutinní vyšetřování. Nově pořízený kombinovaný skiaskopický – skiagrafický komplet je určen pouze pro nouzové řešení případného výpadku přístrojů.

