



V Praze dne 9. dubna 2021

Č.j.: MZDR 8474/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12 – 14. BŘEZNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: **SKIAGRAFICKÝ PŘÍSTROJ - OBNOVA**

Území (město/kraj): Havířov / Moravskoslezský kraj

Žadatel: **Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.**

Adresa: **Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov - Město**

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise

.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Cílem nákupu je obnova stávajícího pořízením nového zdravotnického přístroje v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci za účelem zvýšení kvality diagnostické péče v tomto zdravotnickém zařízení. Zlepšení stavu materiálně-technické přístrojové základny tak zajistí větší efektivitu systému v našem zdravotnickém zařízení, bude zajištěna kvalitní diagnostická péče v rámci reorganizace pracoviště urgentního příjmu.

Obnova stávající skiografie RTG Philips BUCKYDIAGNOST CS2, výrobce PHILIPS, rok pořízení 2006 pro nedostačující výkon a rychlost zpracování technicky zastaralého přístroje. Jedná se o nejvytíženější pracoviště centrálního RDG oddělení pro snímkování ambulantních pacientů ve všech oblastech diagnostiky lidského těla, vč. řady speciálních požadavků ambulantních specialistů - ortopedie, neurologie, neurochirurgie, ORL a TRN.

Současný přístroj již nezvládá základní parametry pro snímkování tvrdou technikou, nelze nastavit vyšší napětí na generátoru než 102kV. Investice do oprav či renovace je již nerentabilní. Nový přístroj nebude rozšiřovat současnou nabídku oddělení, pouze přinese vyšší kvalitu, bezpečnost, ochranu pacientů před ionizujícím zářením a výrazně zrychlí vyšetření a zkvalitní diagnostiku RTG. Z pohledu územního rozsahu se změny nepředpokládají.

