



V Praze dne 9. dubna 2021

Č.j.: MZDR 8474/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. – 14. BŘEZNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: **ANGIOGRAFICKÝ PŘÍSTROJ - OBNOVA**

Území (město/kraj): Kladno / Středočeský kraj

Žadatel: **Oblastní nemocnice Kladno, a.s.**

Adresa: Vančurova 1548, 272 59 Kladno

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obměna stávajícího angiografického přístroje v Oblastní nemocnici Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Přístroj je umístěn na Radiodiagnostickém oddělení této nemocnice.

Radiodiagnostické oddělení Oblastní nemocnice Kladno provádí diagnostická vyšetření a terapeutické výkony pro spádovou oblast části Středočeského kraje. Požadovaný angiografický přístroj je určený pro pacienty hospitalizované v ON Kladno i ambulantní pacienty ze spádové oblasti. Na novém přístroji předpokládáme zachování stávajících typů vyšetření, avšak očekáváme zvýšení flexibility a diagnostické kvality. Stávající přístroj je již technicky i morálně zastaralý (v provozu od r. 2010) a vykazuje vyšší poruchovost. Současně také nevyhovuje aktuálním požadavkům na snížení radiační zátěže.

