



V Praze dne 9. dubna 2021

Č.j.: MZDR 8474/2021/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. – 14. BŘEZNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

*Přístroj:* **SKIAGRAFICKÝ RTG PŘÍSTROJ - OBNOVA**

*Území (město/kraj):* Uherské Hradiště / Zlínský kraj

*Žadatel:* **Uherskohradištská nemocnice, a.s.**

*Adresa:* J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM  
předseda komise



Odůvodnění:

*Žadatel žádá o schválení obnovy stávajícího skiagrafického RTG přístroje formou obnovy.*

*Důvodem obnovy stávajícího skiagrafického RTG přístroje je modernizace pracoviště. Stávající přístroj byl instalován před více než 7 lety. Nová verze přístroje obnáší nové technické vybavení, software a vyhodnocovací pracovní stanici.*

