

V Praze dne 9. dubna 2021
Č.j.: MZDR 8474/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. – 14. BŘEZNA 2021
(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: **CYTOMETR / BUNĚČNÝ SORTER - OBNOVA**

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha


Žadatel: **Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT)**

Adresa: U nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu stávajícího přístroje Becton FACSAria III 3L, rok výroby 2010. ÚHKT plánuje pořídit nový průtokový cytometr/ buněčný sorter, vybaven čtyřmi lasery-405 nm, 488 nm, 561 nm, 638 nm. Přístroj je určen pro imunofenotypizaci, třídění a separaci vzácných cílových populací pro následný výzkum a bio banking.

Přístroj je určen pro imunofenotypizaci, třídění a separaci vzácných cílových populací pro následný výzkum a biobanking.

