

V Praze dne 9. dubna 2021

Č.j.: MZDR 8474/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. – 14. BŘEZNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: **SPEKTRÁLNÍ CYTOMETR - OBNOVA**

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha


Žadatel: **Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT)**

Adresa: U nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise



.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Jedná se o náhradu za cytometr - Becton FACS Canto II, rok výroby 2015. ÚHKT plánuje pořídit nový klinický spektrální cytometr, CE-IVD vybaven 3 lasery-405 nm 488 nm 640 nm. Příklad je určen pro imunologickou diagnostiku, prognostickou stratifikaci a sledování průběhu hematoonkologických onemocnění.

Příklad je určen pro imunologickou diagnostiku, sledování a prognostickou stratifikaci krevních malignit.

