

V Praze dne 9. dubna 2021

Č.j.: MZDR 8474/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. - 14. BŘEZNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETR - OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Všeobecná fakultní nemocnice**

Adresa: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise



.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je souhlas s pořízením hmotnostního spektrometru („MALDI“) pro Klinickou mikrobiologii a ATB centrum Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně následného poskytování servisního zabezpečení. Jedná se o obnovu spektrometru.

Identifikace mikrobů pomocí MALDI je základní vyšetřovací metodou klinické mikrobiologie. Nové modely umožňují navíc detekovat mechanismy rezistence, příp. měřit citlivost k antimikrobiálním látkám, což umožňuje lepší a rychlejší zacílení antimikrobiální terapie hlavně u pacientů v těžkých septických stavech.

