

V Praze dne 9. dubna 2021

Č.j.: MZDR 8474/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. - 14. BŘEZNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: SPECT / CT - OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Všeobecná fakultní nemocnice**

Adresa: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je souhlas s pořízením nového přístroje SPECT/CT pro Ústav nukleární medicíny. Jedná se o obnovu stávajícího přístroje SPECT/CT — GE Infinia HawkEye4 (inv. č. MI 1/3100) uvedeného do provozu v roce 2005. Souhlasné stanovisko PK MZ ČR k obnově bylo vydáno 09/19, v důsledku nepředvídatelného pandemického vývoje však nákup nebyl realizován.

Jedná se o zavedenou a využívanou zobrazovací modalitu, cílem je náhrada technicky i morálně zastaralého přístroje.

