



V Praze dne 9. dubna 2021

Č.j.: MZDR 8474/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. – 14. BŘEZNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: RTG SYSTÉM SKIAGRAFIE- OBNOVA

Území (město/kraj): Brno / Jihomoravský kraj

Žadatel: **Vojenská nemocnice Brno**

Adresa: Zábřdovická 3, 636 00 Brno

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise

.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Důvodem žádosti je obnova skiagrafického přístroje, jehož nákup byl plánován do nového pavilonu operačních sálů a jehož realizace se stále odsouvá. Provozně však začíná být situace neúnosná, přístroj je již několik let za svou životností a stále častěji jsou zaznamenávány poruchy a technické závady způsobené značným opotřebením plynoucího z jeho nepřetržitého provozu. S tím jsou spojené výpadky, které výrazně narušují plynulý chod oddělení.

Radiologické oddělení působí jako pracoviště, kde jsou v případě potřeby diagnostikováni i pacienti z jiných nemocnic, plus je součástí IZS a TRAUMA plánu JMK. Skiografie je nejvíce využívaná zobrazovací metoda a v rámci provozu nemocnice je její role nenahraditelná. Z výše uvedených důvodů je zájem využít možnosti finančních prostředků z EU fondů a zařadit tuto techniku do seznamu přístrojů předkládaných v žádosti pro čerpání dotace.

