



V Praze dne 9. dubna 2021

Č.j.: MZDR 8474/2021/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. – 14. BŘEZNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

*Přístroj:* RTG SYSTÉM SKIASKOPIE- OBNOVA

*Území (město/kraj):* Brno / Jihomoravský kraj

*Žadatel:* **Vojenská nemocnice Brno**

*Adresa:* Zábřdovická 3, 636 00 Brno

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise

.....  
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM  
předseda komise



Odůvodnění:

Hlavním důvodem žádosti je využití finančních prostředků k obměně skiaskopického přístroje, jehož nákup byl plánován po dokončení výstavby a jehož realizace se stále odkládá.

Přístroj je již několik let za svou životností a stále častěji jsou zaznamenávány poruchy a technické závady způsobené značným opotřebením plynoucí z jeho dlouhodobého provozu. S tím jsou spojené výpadky, které výrazně narušují plynulý chod oddělení. Dnešní systémy již dovolují kombinací plnohodnotného skiaskopického přístroje, který lze současně využít pro skiagrafické zobrazení. Tím by vznikla záložní snímkovna, která by mohla odlehčit plně zatíženému skiagrafickému přístroji, zrychlit odbavení pacientů a v neposlední řadě fungovat jako plnohodnotná náhrada v případě výpadku hlavního skiagrafického přístroje.

