



V Praze dne 7. ledna 2021

Č.j.: MZDR 84/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 18. PROSINCE 2020

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: **SKIASKOPICKO-SKIAGRAFICKÝ RTG PŘÍSTROJ**
- OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Fakultní nemocnice v Motole**

Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

.....
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
předseda komise



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova stávajícího skiaskopicko-skiagrafického RTG přístroje Axiom Luminos dRF, Siemens z roku 2011.

Přístroj, který je využíván pro dětské pacienty především pro provádění gastroenterologických a urologických vyšetření, je v havarijním stavu. Kvalita skiaskopie a skiagrafického záznamu je tak špatná, že by mohla vést k diagnostickým pochybením.

